

물품 규격서(시방서)

1. 공고명 : 냉동정액 생산용 랙크 및 고블렛 구매

2. 물품개요

세부품명	세부품명번호	단 위	수 량
융복합정액보존용기 (랙크 및 고블렛)	9942121509	set	250,000

- 계약방식 : 단가계약
- 계약기간 : 계약체결일부터 ~ '27년 4월까지
- 납품방법 : 발주기관 지정장소 하차도
 - 장소 : 충남 서산시 운산면 해운로 691(AI센터 제조실)
- 예정수량 : 250,000set(랙크 1 + 고블렛 2)

3. 용도 및 특징(세부 규격)

- '붙임 1' 참조

4. 입찰참가 자격

- 입찰에 참여하고자 하는 자는 국가종합조달시스템(G2B) 입찰참가자격 등록규정에 따라 입찰참가자격등록 마감일시까지 융복합정액보존용기(세부품명번호 10자리: 9942121509)를 제조 또는 공급 물품으로 입찰참가 등록한 자
- 입찰참가자는 계약기간 동안 안정적인 수급을 위하여 생산처 또는 유통 경로를 확보하고 있어야 하며, 이를 증빙할 수 있는 자료를 적격 심사 시 제출할 수 있어야 한다.(예 : 공급계약서 등)

5. 제출서류(물품)

- 적격심사 시
 - 성능검사용 샘플

샘플수량	샘플제출일	성능검사 입회일	합격기준
500SET 이상	적격심사 기간 중	적격심사 마감일	불량률 0.2%이하

- 적격심사 대상자는 제조업체 등록증 또는 제조업체와의 공급계약서 (확약서)를 제출하여야 한다.

※ 자료 미제출 또는 제출된 자료가 규격에 부적합할 경우 적격심사에서 제외한다.

- 납품 시
 - 거래명세서
 - 소독필증(한우개량사업소 자체방역 시설 장소에서 발행)
- ※ 구제역 및 럽피스킨 등 가축질병이 발생 할 경우 계약상대자는 거점 소독시설을 경유하여 소독필증을 당사에 제출

6. 납품 및 검수

- 납품일정

(단위 : 1,000천 세트)

'26. 9월	'26. 11월	'27. 2월	'27. 4월
60	60	70	60

※상기 일정은 상호간의 협의하에 변동될 수 있음

- 납품방법 : 발주 후 20일 이내 납품
- 배송조건 : 배송비는 납품업체 부담이며 배송 중 발생하는 안전사고 등 모든 사고와 손해에 대하여는 민·형사상 책임은 납품업체에서 진다.
- 방역수칙 준수 : 운반(설치)차량·사람의 방역(거점소독 등) 수칙 미이행으로 인한 가축질병 발생 시 발주기관에 발생 되는 손해에 대하여 배상하여야 한다.
- 물품검수 : 제품 납품 시 입찰 규격과 불일치 하거나 규정 이상의 불량 이 발생할 경우 결함 부분으로 판단되어 납품 및 검수를 거절할 수 있으며 검수 최종 합격 후 대금을 지급한다.

7. 품질보증 및 기타 조건

- 제품 납품 시 입찰 규격과 불일치 하거나 규정 이상의 불량이 발생할 경우 결함 부분으로 판단되어 납품 및 검수를 거절할 수 있다.
- 「물품구매(제조)계약 일반조건」에 따라 계약상대자는 검수와는 별도로 납품 후 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증하여야 함
- 이 외의 기타사항은 관련 법령(재정경제부 계약예규)에 따름

- 본 규격서(시방서)에 명기되지 않은 사항은 계약일반조건에 의한다.
- 규격 해석에 이견이 있는 경우 수요기관의 해석을 우선으로 적용한다.

랙크[고블렛] 사양내역

구 분	사 양 내 역	
랙 크		■ 용도 : 냉동정액 포장용 ■ 재질 : 알루미늄 또는 석판 ■ 규격 ○ 길이 : 29.5cm, 두께 : 0.3cm, 폭 : 1~2cm ■ 특이사항 ○ -196℃ 액체질소에 보관시 변형이 없을 것 ○ 고블렛을 장착했을 때 모양 변형이 없을 것 ○ 고블렛 장착시 견고하게 잡아줄 것 ○ 단면처리가 매끄럽고 마무리가 잘된 제품일 것
고블렛		■ 용도 : 냉동정액 포장용 ■ 재질 : 플라스틱(폴리프로필렌) ■ 색상 : 흰색 ■ 규격 ○ 길이 : 11.5cm, 외경 : 1.0cm, 내경 : 0.9cm ■ 특이사항 ○ 랙크에서 고블렛이 쉽게 이탈되지 않을 것 ○ -196℃ 액체질소에 보관시 형태변화(입구 변형, 휨 등)가 없을 것 ○ 스트로 5개가 원활하게 삽입될 것 (또는 0.25cc 스트로 10개가 원활하게 삽입될 것) ○ 플라스틱 재질은 반투명하여 내용물 확인이 용이할 것

[붙임 2]

랙크(고블렛) 검사내역

(20 . . .)

※ 아래 검사항목 중 1개 항목이라도 합격기준을 초과할 경우는 불합격임.

검 사 항 목		합격기준	업 체 명	비 고
			(주)비스	
검 사 량		500개	500개	
랙 크	1. 길이	29.5cm	○	
	2. 두께	0.3cm	○	
	3. 폭(단폭/장폭)	1cm/2cm	○	
	4. 액체질소에 의한 변형율	0.2% 이내	○	
	5. 고블렛 장착시 변형율	0.2% 이내	○	
	6. 고블렛 장착시 이탈율	0.2% 이내	○	
	7. 단면 마감 처리 불량율	0.2% 이내	○	
가 브 렛	1. 길이	11.5cm	○	
	2. 외경	1.0cm	○	
	3. 내경	0.9cm	○	
	4. 투명도	반투명	○	
	5. 랙크에 장착시 이탈율	0.2% 이내	○	
	6. 액체질소에 의한 변형율	0.2% 이내	○	
최종합격여부(○, ×)			○	
참여업체 확인(서명)				

견본품 합격필증

☐ 용 도 : 랙크(고블렛)

☐ 검사내역

○ 검 사 량 : 개

○ 업 체 명 :

상기 견본품을 검사한 결과 합격하였음

20 년 월 일

농협경제지주 한우개량사업소

종 축 팀 장 (서명)